

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1602/GM-BV
V/v: Mời chào giá

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện thành phố Thủ Đức kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Bảo trì toàn bộ hệ thống máy tim phổi nhân tạo C5
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP HCM
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng.
7. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 12 giờ, ngày 08/7/2023.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá qua email: bvtptd.vttb@gmail.com và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư trang thiết bị y tế – Bệnh viện thành phố Thủ Đức – Số 14 Phú Châu, Phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP HCM (phòng 105).
Người liên hệ: Bà Trần Thị Diễm Thúy Số điện thoại: 0909 273777


10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

Nơi nhận:

- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VTTTBYT, (Thúy, 2b).



PHỤ LỤC 1. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số: 16.02.../GM-BV ngày 28 tháng 6 năm 2023)

STT	Danh mục mời chào giá	Tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bảo trì toàn bộ hệ thống máy tim phổi nhân tạo C5	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh toàn bộ Hệ thống; - Kiểm tra tính năng kỹ thuật từng mô đun; - Đo, kiểm tra và căn chỉnh tất cả các thông số kỹ thuật của từng bộ phận; - Kiểm tra căn chỉnh thông số và vệ sinh máy trao đổi nhiệt, sục rửa bình nước; - Đáp ứng tất cả các cuộc gọi sửa máy khi máy có sự cố, tư vấn qua điện thoại. Thời gian trả lời cuộc gọi từ từ 8h đến 17h các ngày làm việc trong tuần; - Đưa ra phương án sửa chữa, khuyến cáo về sử dụng, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng; - Thời gian thực hiện: mỗi 6 tháng/lần, 2 lần/1 năm. 	Lần	2