

Số: 1011/BV-VTTTBYT  
V/v yêu cầu báo giá.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện thành phố Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện thành phố Thủ Đức
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Bà Vương Thị Sinh Số điện thoại: 028 22444167
- Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
  - Nhận bản mềm qua email: [phongvtttb.bvtptd@gmail.com](mailto:phongvtttb.bvtptd@gmail.com)
  - Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị y tế (Phòng 105), Bệnh viện thành phố Thủ Đức – Số 14 Phú Châu, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: từ ngày 05 tháng 3 năm 2024 đến 17 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế, hóa chất mời chào giá:

| STT | Danh mục  | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật  | Số lượng/<br>khối lượng | Đơn vị<br>tính |
|-----|---|---|-------------------------|----------------|
| 1.  | Vi ống thông loại đầu tip thuôn can thiệp mạch tạng, các cỡ | Vi ống thông thuôn dài marker tại vị trí đầu xa. Có độ cản quang cao.<br>- Độ cứng dây dẫn thay đổi từ phần thân cứng đến đầu tip mềm, với 10 độ cứng khác nhau, giúp tăng khả năng theo dõi, đẩy, và chống xoắn tốt.<br>- Chiều dài: 110cm - 150cm.<br>- Có sẵn 3 hình dạng đầu: Straight, Angle, Double Angle. Phủ lớp ái nước tối ưu.<br>- Tiết trùng: ETO.<br>- Đường kính trong 0.019"/0.022", | 4                       | Cái            |

| STT | Danh mục                                 | Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật  | Số lượng/<br>khối lượng | Đơn vị<br>tính |
|-----|--|---|-------------------------|----------------|
|     |  | <p>trương thích với dây dẫn có đường kính tối đa 0.018".</p> <p>- Đường kính ngoài tại vị trí của marker, đầu xa, đầu gần tương đương với 1.9F.</p>   |                         |                |
| 2.  | Vi dây dẫn can thiệp mạch tạng vùng bụng | <p>Chất liệu: Lõi bằng thép không gỉ được bao phủ bằng polyurethane resin và lớp polymer ái nước.</p> <p>- Khả năng uốn.</p> <p>- Đường kính: 0.016"</p> <p>- Chiều dài: 135cm - 180cm</p> <p>- Tiệt trùng: ETO.</p> <p>- Dụng cụ định hình đầu đi kèm giúp tạo nhiều loại hình dạng, dễ định hình và độ linh hoạt cao.</p> | 4                       | Cái            |

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện thành phố Thủ Đức - Số 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
4. Yêu cầu khác:


Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu bên mời thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;
- + Các thông tin khác (nếu có).

**Nơi nhận:**

- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VTTTBYT, (Tr, 2b).

**GIÁM ĐỐC**



**TS.BS. Vũ Trí Thanh**