

Số: *23* BV-VT TTBYT
V/v yêu cầu báo giá.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày *20* tháng *3* năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện thành phố Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện thành phố Thủ Đức
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Bà Vương Thị Sinh Số điện thoại: 028 22444167
- Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
- Nhận bản mềm qua email: phongvtttb.bvtytd@gmail.com
- Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư trang thiết bị y tế (Phòng 105), Bệnh viện thành phố Thủ Đức – Số 14 Phú Châu, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: từ ngày 19 tháng 3 năm 2024 đến 17 giờ ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế, hóa chất mời chào giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng / khối lượng	Đơn vị tính
1.	Quả lọc thận nhân tạo diện tích màng ≥ 1.4 m ²	Quả lọc thận nhân tạo High Flux/ Low Flux - Chất liệu: Polynephron./Polycethersulfone. - Diện tích: ≥ 1.4 m ² . - Thể tích môi: ≥ 74 ml. - Hệ số siêu lọc: KUF: ≥ 12 (ml./giờ/mmHg).TMP: ≥ 500 mmHg. - Vỏ quả lọc: PC (Polycarbonate); Polypropylene. - Độ thanh thải lưu lượng ≥ 200 ml/phút; Ure: ≤ 200 ; Creatinine: ≤ 220 ; Phosphate: ≤ 194 ; Vitamin B12: ≥ 112 - Tiệt trùng: Tia Gamma/Hơi nước Inline	450	Quả



