

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1714 /BV-VTTBYT
V/v mời chào giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện thành phố Thủ Đức thực hiện kế hoạch bảo trì máy chạy thận Nipro khoa Nội thận-Thận nhân tạo. Bệnh viện kính mời các Đơn vị quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung mua sắm: Bảo trì máy chạy thận Nipro khoa Nội thận-Thận nhân tạo.
2. Địa điểm thực hiện: 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ:

STT	Danh mục	Nội dung thực hiện	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Bảo trì máy chạy thận Nipro Model: Surdial Xuất xứ: Nipro-Nhật Bản	Vệ sinh tổng thể máy: - Vệ sinh bên ngoài của thân máy - Vệ sinh các cổng rửa, cây hút dịch và Coupler - Vệ sinh đường ống hệ thống thủy lực bị bám cặn (bicard, chất thải bệnh nhân...) Kiểm tra phần điện: - Các van điện từ và cảm biến - Các bơm dịch lọc, bơm rút ký Kiểm tra cân chỉnh hệ thống thủy lực: - Áp lực nước đầu vào - Áp lực bơm P1 - Áp lực trước PS - Áp lực bơm P2 - Lưu lượng dịch lọc Kiểm tra hoạt động của máy: - Các thông số cài đặt - Chu kỳ hoà dịch - Chu kỳ siêu lọc - Lấy mẫu dịch lọc xét nghiệm ion đồ Kiểm tra hóa chất rửa máy để đảm bảo máy luôn được tẩy trùng sạch sẽ.	Cái	05	

		Yêu cầu khác: - Chu kì bảo trì: 3 tháng/ lần, sau khi kiểm tra bảo trì xong phải lập báo cáo những thiết bị thay thế trong 3-6 tháng tới. - Tiến hành kiểm tra hệ thống trong vòng 24-48 tiếng sau khi nhận được thông báo lỗi hệ thống từ bệnh viện - Kỹ sư thực hiện kiểm tra bảo trì hệ thống phải được Hãng Nipro đào tạo và cấp chứng nhận			
2	Bảo trì máy chạy thận Nipro Model: Diamax Xuất xứ: Nipro-Nhật Bản	Vệ sinh tổng thể máy: - Vệ sinh bên ngoài của thân máy - Vệ sinh các cổng rửa, cây hút dịch và Coupler - Vệ sinh đường ống hệ thống thủy lực bị bám cặn (bicard, chất thải bệnh nhân...) Kiểm tra phần điện: - Các van điện từ và cảm biến - Các bơm dịch lọc, bơm rút ký Kiểm tra cân chỉnh hệ thống thủy lực: - Áp lực nước đầu vào - Áp lực bơm P1 - Áp lực trước PS - Áp lực bơm P2 - Lưu lượng dịch lọc Kiểm tra hoạt động của máy: - Các thông số cài đặt - Chu kỳ hoà dịch - Chu kỳ siêu lọc - Lấy mẫu dịch lọc xét nghiệm ion đồ Kiểm tra hóa chất rửa máy để đảm bảo máy luôn được tẩy trùng sạch sẽ. Yêu cầu khác: - Chu kì bảo trì: 3 tháng/ lần, sau khi kiểm tra bảo trì xong phải lập báo cáo những thiết bị thay thế trong 3-6 tháng tới.	Cái	04	

		- Tiến hành kiểm tra hệ thống trong vòng 24-48 tiếng sau khi nhận được thông báo lỗi hệ thống từ bệnh viện - Kỹ sư thực hiện kiểm tra bảo trì hệ thống phải được Hãng Nipro đào tạo và cấp chứng nhận			
--	--	--	--	--	--

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng

5. Hiệu lực của Hồ sơ chào giá: tối thiểu 120 ngày.

6. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác theo quy định.

7. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến hết ngày 23/05/2025.

8. Quy định về tiếp nhận thông tin và Hồ sơ chào giá.

Quý Công ty vui lòng gửi Hồ sơ chào giá:

- Qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp: Bản giấy có thể hiện rõ thời gian và hiệu lực của hồ sơ, ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (P.105), Bệnh viện thành phố Thủ Đức

- Địa chỉ: 14 Phú Châu, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Qua mail: file mềm Bảng báo giá về email: bvtptd.vttb@gmail.com

- Người phụ trách: Dương Ngọc Quỳnh Trân, số điện thoại: 0339910674

9. Yêu cầu khác

Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá, Bảng báo giá của Công ty (có ký tên, đóng dấu, có thời gian và hiệu lực).

- Catalogue/tài liệu thể hiện hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật của sản phẩm chào giá và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

Trân trọng././*tl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.VTTBYT (Tr,2b)

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
THÀNH PHỐ
THỦ ĐỨC
BS. CKII. Hoàng Văn Dũng

