

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2333 /BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện thành phố Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện thành phố Thủ Đức
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Bà Trần Thị Huyền Trân Số điện thoại: 028 22444167
- Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
 - Nhận bản mềm qua email: phongvtu.bvtd@gmail.com
 - Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Số 14, Phú Châu, Phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, Tp.HCM
- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày 12 tháng 6 năm 2025 đến 11h30 ngày 23 tháng 6 năm 2025.
 - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế mời chào giá: Theo Danh mục đính kèm
- Địa điểm thực hiện: Số 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bệnh viện.
- Yêu cầu khác:
 - Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:
 - + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu bệnh viện (có ký tên, đóng dấu);
 - + Hồ sơ pháp lý;
 - + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;
 - + Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VTTBYT, (HT, 2b).

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
THÀNH PHỐ
THỦ ĐỨC
BS. CKII. Hoàng Văn Dũng

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ MỜI CHÀO GIÁ

(Đính kèm Công văn số 2333 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện thành phố Thủ Đức)

STT	Tên danh mục mời thầu	Tính năng kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bộ catheter chạy thận	Catheter chạy thận nhân tạo 12F dài 20cm Bao gồm: - Catheter dây nối thẳng làm bằng vật liệu Polyurethan, tương thích sinh học, Không latex. - Dây dẫn đầu J 0.038" x 60cm. - 01 cây nong 10F x 14cm và 01 cây nong 12,5F x 14cm - Kim Y dẫn đường 18G x 7 cm - Bơm tiêm 02 cái - Dao mổ - Nắp Heparin: 02 cái - Tốc độ dòng máu ≥ 283 ml/phút - Tiêu chuẩn ISO, CE		Bộ	179
2	Quả lọc huyết tương	Quả lọc trao đổi huyết tương được kết nối sẵn với bộ dây dẫn: - Thể tích máu của cả bộ quả lọc: 127 ml $\pm 10\%$ - Diện tích màng hiệu dụng: 0,35 m ² - Chất liệu màng lọc dạng sợi rỗng: Polypropylene - Đường kính trong của sợi lọc (khi ướt): 330 μ m - Độ dày thành sợi lọc: 150 μ m - Thể tích máu trong sợi lọc: 41 ml $\pm 10\%$ - Tốc độ máu tối thiểu: 100 ml/phút - Tốc độ máu tối đa: 400 ml/phút"		Quả	33

STT	Tên danh mục mời thầu	Tính năng kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
3	Dây lọc máu	Bộ dây chạy thận bao gồm: dây động mạch; dây tĩnh mạch, dây truyền dịch; túi xả; transducer - Đường kính dây bơm (8.0x12.2x400 mm) không rò rỉ máu - Dung tích buồng nhỏ giọt $\geq 22\text{ml}$ - Chiều dài dây động mạch: $\geq 3930\text{mm}$ - Chiều dài dây tĩnh mạch: $\geq 3030\text{mm}$ - Túi xả 2000ml - Dây truyền dịch - Thể tích mỗi: $165 \pm 5\% \text{ mL}$ - Có các đường dây để lấy máu và xử lý thuốc, có vị trí tiêm phía trước buồng nhỏ giọt tránh bọt khí đi vào mạch máu - Tương thích với nhiều loại máy chạy thận - Tiệt trùng bằng khí EO Tiêu chuẩn ISO 13485		Bộ	15.000
4	Oxy lỏng	- Chất lỏng, không mùi, không vị, sử dụng trong y tế, dễ phát hỏa với các chất hữu cơ hoặc dầu, mỡ... - Độ hòa tan trong nước $\leq 36.4 \text{ lít/m}^3$ - Khối lượng riêng: $\geq 1.141 \text{ kg/L}$ - Hàm lượng (% theo trọng lượng) : $\geq 99.6\%$ Nhà thầu có nhà máy sản xuất trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận: Bình Dương, Đồng Nai, Long An... và có bồn dự trữ kịp thời cung cấp đủ số lượng theo yêu cầu Bệnh Viện - Nhà thầu có hồ sơ, tài liệu chứng minh sản phẩm Oxy y tế do nhà thầu tự sản xuất ra, đảm bảo sản phẩm đúng xuất xứ, nguồn gốc.		Kg	292.500
5	Bao chi gói dùng cho máy chống thuyên tắc huyết khối	Bao chi gói kết hợp với máy ép hơi ngắt quãng có tác dụng tạo ra 1 áp lực cơ học ngắt quãng, giúp tăng cường dòng máu tĩnh mạch, ngăn ngừa ứ trệ tĩnh mạch		Đôi	38
6	Phim X-ray khô DI-HL 20x25	Phim X-quang phục vụ nhu cầu in ấn trong y khoa. - Kích thước: 20x25 cm - Nhà thầu chịu trách nhiệm hỗ trợ đặt máy theo hàng hóa trúng thầu		Tám	3.750

STT	Tên danh mục mời thầu	Tính năng kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
7	Chỉ phẫu thuật tự tiêu liên kim các loại	- Thông tin về kim: + Mô tả kim: Kim đầu nhọn + Cỡ kim: 29G,30G + Đường kính: * Đường kính ngoài 0.32mm - 0.36 mm; Đường kính trong 0.25mm-0.27 mm; * Đường kính ngoài 0.28 mm - 0.320 mm; Đường kính trong 0.23 mm - 0.25 mm; + Thành kim siêu mỏng (UTW) theo tiêu chuẩn Iso 9626:2016 + Chiều dài kim 38mm; 25mm + Tiêu chuẩn thép không gỉ series 300 - Loại chỉ: + Mô tả hình dạng chỉ: Chỉ trơn không gai, chạy dọc thẳng thân kim. + Hàm lượng PDO: $\geq 99\%$ + USP (theo được điển Mỹ): 6-0, EP (theo được điển châu Âu): 0.7; tương đương với 0.095mm- 0.149mm, độ bền khi kéo (theo tiêu chuẩn EP): 0.25kgf + Chiều dài chỉ: 30mm + Thời gian tan: 6 - 8 tháng - Công nghệ: Tiết trùng - Tuổi sản phẩm tính từ ngày sản xuất: 24 tháng - Tiêu chuẩn chất lượng công bố của sản phẩm: ISO, CE hoặc FDA được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và còn hiệu lực.		Cây	6.250

STT	Tên danh mục mời thầu	Tính năng kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
8	Nhang ngải cứu	- Nguyên liệu PVC y tế, không DEHP, không latex. - Kết nối khóa xoay với van khóa 1 chiều sạch hơn và giảm dòng quay trở lại. - Van kiểm soát có bộ nối để ngăn chặn việc vô tình khởi động máy hút khi không cần thiết. - Vỏ bọc ngoài bóng mượt để theo dõi catheter hút dịch. Catheter hút dịch đầu trong mềm, có 2 lỗ thoát dịch, có vạch đánh dấu để dàng xác định vị trí chèn. Có catheter mount với co nối cứng. Có van chân không, và cổng MDI. Đa dạng theo nhu cầu sử dụng. Các cỡ 6F; 8F; 10F; 12F; 14F - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)"		Cây	42
9	Bộ hút đờm kín 72h	- Hệ thống hút đờm kín 72h - Nguyên liệu PVC y tế, không DEHP, không latex. - Kết nối khóa xoay với van khóa 1 chiều sạch hơn và giảm dòng quay trở lại. - Van kiểm soát có bộ nối để ngăn chặn việc vô tình khởi động máy hút khi không cần thiết. - Vỏ bọc ngoài bóng mượt để theo dõi catheter hút dịch. - Catheter hút dịch đầu trong mềm, có 2 lỗ thoát dịch, có vạch đánh dấu để dàng xác định vị trí chèn. - Có catheter mount với co nối cứng - Có van chân không, và cổng MDI - Đa dạng theo nhu cầu sử dụng - Các cỡ 6F; 8F; 10F; 12F; 14F - Tiêu chuẩn ISO 13485, CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)		Bộ	292
10	Dây hút đờm có kiểm soát các cỡ	Chất liệu nhựa y tế PVC mềm dẻo để nhìn. Có van kiểm soát. Bề mặt nhám, chống dính vào thành ống, chịu được áp lực cao và không bị bẹp khi hút. Có 2 mắt phụ. Các số 6Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr		Sợi	12.000

STT	Tên danh mục mời thầu	Tính năng kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
11	Gạc đặt xung quanh ống mở khí quản	Gạc đặt xung quanh ống mở khí quản. Cấu tạo gồm 3 lớp: + Lớp tiếp xúc với vết thương bằng sợi phủ nhôm, tạo độ nhẵn bóng, không dính vết thương, giúp dịch tiết nhanh chóng thấm vào lớp thứ 2. + Lớp thứ 2 hút dịch tiết và giữ lại. + Lớp thứ 3 là lớp vật liệu mỏng không dệt, tạo độ thoáng và thoát hơi - Dùng cho ống mở khí quản có đường kính ống là 12 - 19mm (31 - 50Fr). - Kích thước gạc: 8x9 cm - Vô Trùng.		Miếng	167
12	Túi đựng dịch thải	Túi đựng dịch thải dùng để thu thập dịch thải trong khi thực hiện CRRT. Trang bị đầu nối female Luer ở bên trong túi và ống lớn (d=8mm) để làm nơi dẫn lưu. Chất liệu: PCV, không có DEHP, không có latex. Thể tích: 5 lít.		Cái	17
13	Băng thun 3 móc	- Băng thun màu trắng, sợi polyester và sợi cotton, co giãn 200% - Kích thước: 0.1m x 2m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE.		Cuộn	4.933
14	Băng vết thương (băng dán điều trị loét cho vùng cùng cụt)	Băng dán điều trị loét cho vùng cùng cụt dùng cho phòng ngừa và điều trị tổn thương tỳ đè, - Kích thước: 16cm x 20 cm. - Thành phần: Màng film polyurethane siêu thấm, vải không dệt, bột Polyurethane, Silicon		Miếng	42
15	Bao giầy y tế	- Chất liệu: Vải PP không dệt - Đặc điểm: Dây thun cổ giày chắc chắn, co giãn tốt - Tiêu chuẩn kỹ thuật: ISO 13485, ISO 9001.		Đôi	4.500

STT	Tên danh mục mời thầu	Tính năng kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
16	Túi Tyvek 100 x 70	Mục đích sử dụng: đóng gói dụng cụ hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ thấp Plasma - Cấu tạo: một lớp làm từ Tyvek, một lớp trong suốt nhìn được dụng cụ bên trong. - Kích thước: 100mmx70m/100m - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, rõ và chính xác sau khi tiệt khuẩn, màu chỉ thị không biến đổi khi lưu trữ theo quy định của nhà sản xuất ít nhất 2 tháng, duy trì tính vô khuẩn ≥ 6 tháng. Thao tác mở rõ ràng không bị rách. Hỗ trợ ít nhất 3 máy ép kèm theo - Tương thích với các phương pháp tiệt khuẩn bằng công nghệ Plasma (H₂O₂) - Tiêu chuẩn chất lượng: ASTM F16080/ASTM F 2101/DIN 58953/BS 6256/SS 876 0019, ISO/ASTM/EN theo tiêu chuẩn TCVN 7394-1:2008/ISO 11607-1 : 2006		Cuộn	25
17	Que thử hóa học STERRAD	- Que thử có chỉ thị hóa học nhận dạng H₂O₂ tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ plasma - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp H₂O₂ plasma STERRAD - Nhà thầu cam kết sản phẩm: chỉ thị hóa học chuyển màu đồng nhất, màu của chỉ thị thay đổi rõ rệt sau khi tiệt khuẩn. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, FDA, CE		Que	32.000
18	Dao mổ các cỡ	- Lưỡi dao mổ dùng trong phẫu thuật - Chất liệu: Thép carbon / thép không gỉ. - Kích cỡ: 10,11,15,20,... - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn sản xuất ISO và Tiêu chuẩn CE (Châu Âu)		Cái	6.900

STT	Tên danh mục mời thầu	Tính năng kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
19	Oxy nhỏ	Chất khí, không màu, không mùi, không vị, sử dụng trong y tế, dễ phát hòa với nhóm Hydrocacbon - Hàm lượng (% theo trọng lượng) $\geq 99.6\%$. - Độ hòa tan trong nước ≤ 36.4 lít/m ³ - Áp suất: $\geq 150\text{kg/cm}^2$ - Khối lượng riêng: ≥ 1.4289 kg/m ³ - Đóng gói trong bình thép không hàn.	Chai $\geq 2\text{m}^3$	Chai	2.385
20	Oxy lớn	Chất khí, không màu, không mùi, không vị, sử dụng trong y tế, dễ phát hòa với nhóm Hydrocacbon - Hàm lượng (% theo trọng lượng) $\geq 99.6\%$. - Độ hòa tan trong nước ≤ 36.4 lít/m ³ - Áp suất: $\geq 150\text{kg/cm}^2$ - Khối lượng riêng: ≥ 1.4289 kg/m ³ - Đóng gói trong bình thép không hàn.	Chai $\geq 6\text{m}^3$	Chai	89
21	Bao trùm kính hiển vi	- Dùng để bao kính vi phẫu - Kích thước 122cm x 209cm		Cái	13
22	Băng thun có keo cố định	- Chất liệu: Cotton co giãn. - Có Keo Oxit kẽm không dùng dung môi, có lớp giấy lót bảo vệ. - Kích thước: 10cm x 4.5m - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO		Cuộn	80
23	Chỉ khâu chính hình siêu bền	- Chỉ không tiêu kèm kim. - Chất liệu: polyethylene hoặc UHMWPE - Dài ≥ 38 Inch. - Tiệt trùng.		Sợi	167
24	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 2/0 dài 75cm->80cm, kim tam giác 3/8C 24mm	- Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon số 2/0 - Chiều dài thuộc trong khoảng 75cm->80cm. - Kim tam giác 3/8C, dài 24 mm - Tiêu chuẩn ISO, CE		Tép	1.400
25	Gạc phẫu thuật tiệt trùng 5 x 6.5cm x 12 lớp	- Gạc phẫu thuật tiệt trùng - Chất liệu sợi cotton 100%, hút nước - Kích thước 5cm x 6.5cm, dày 12 lớp - Gấp thành từng miếng		Miếng	127.583

STT	Tên danh mục mời thầu	Tính năng kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
26	Dây thở oxy hai nhánh	- Các cỡ sơ sinh, trẻ em, người lớn. - Dây dẫn chính có chiều dài trong khoảng 1800 mm - 2.200 mm - Chất liệu nhựa PVC (PVC nguyên sinh/PVC cao cấp)		Sợi	8.000
27	Dây truyền dịch	- Chiều dài dây 180cm - Đường kính trong dây: 3 mm. đường kính ngoài 4.1 mm - Có bầu đếm giọt 2 ngăn cứng - mềm - Màng lọc có chức năng lọc vi khuẩn tại van thông khí - Đầu khóa vặn xoắn Luer Lock - Không có chất phụ gia DEHP - Cửa chích thuốc an toàn ngăn tai nạn do kim đâm vào tay điều dưỡng - Có chứng nhận EN ISO 13485:2016, chứng nhận EC		Sợi	77.633
28	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 3/0 dài 75cm->80cm, kim tam giác 3/8C	- Chỉ không tan tổng hợp Nylon số 3/0, - Chiều dài thuộc trong khoảng 75cm->80cm, - Kim tam giác 3/8C, dài 20mm - 24 mm, kim làm bằng thép không gỉ phủ silicon - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE		Tép	4.708
29	Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 4/0 dài 75cm->80cm, kim tam giác 3/8C, dài 19mm	- Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Nylon 4/0 - Chiều dài thuộc trong khoảng 75cm->80cm. - Kim tam giác 3/8C, dài 18mm - 19mm - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485; CE		Tép	1.333
30	Kim đẩy chỉ	- Được ép riêng từng kim trên vỏ nhựa bọc lớp giấy tiết trùng - Kích thước 0.3x33mm		Cây	1.000
31	Chỉ tan tổng hợp đa sợi số 1 dài 90cm, kim tròn đầu nhọn dài 40mm	- Chỉ tan tổng hợp, đa sợi số 1 dài 90cm; - Chất liệu: Lactomer 9- 1 hoặc Polyglactin 910, được bao phủ bởi calcium stearoyl lactylate; - Lực khô $\geq 140\%$; - Kim tròn đầu nhọn 1/2C dài 40mm, kim sắc bén, được phủ silicone. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO, CE (Châu Âu), FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)		Tép	5.833
32	Chỉ không tan tự nhiên đa sợi Silk 3/0, không kim, 12 sợi x 75cm	- Chỉ silk không tan đa sợi số 3/0, dài ≥ 75cm, được phủ ngoài bằng silicon. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO hoặc CE (Châu Âu)		Tép	200

STT	Tên danh mục mời thầu	Tính năng kỹ thuật	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
33	Gạc thấm dịch ruột thừa có cán quang	- Gạc thấm dịch ruột thừa có cán quang - Chất liệu: vải không dệt Polyester, thấm nước - Kích thước: 2cm x 25cm (± 5cm), dày 6 lớp - Có đính sợi cán quang bên trong miếng gạc.		Miếng	3.000

W-GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



BS. CKII. Hoàng Văn Dũng

CHỈ MINH

