

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2080 /BV-VTTBYT
V/v mời chào giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện thành phố Thủ Đức thực hiện kế hoạch thuê, mượn máy tán sỏi laser, Bệnh viện kính mời các Đơn vị quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung thuê mượn: Thuê, mượn máy tán sỏi laser
2. Địa điểm thực hiện: 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ: Theo phụ lục đính kèm
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
5. Hiệu lực của Hồ sơ chào giá: tối thiểu 120 ngày.
6. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác theo quy định.
7. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến hết ngày 12/06/2025
8. Quy định về tiếp nhận thông tin và Hồ sơ chào giá.

Quý Công ty vui lòng gửi Hồ sơ chào giá:

- Qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp: Bản giấy có thể hiện rõ thời gian và hiệu lực của hồ sơ, ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế, Bệnh viện thành phố Thủ Đức.

- Địa chỉ: 29 Phú Châu, Phường Tam Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Qua mail: file mềm Bảng báo giá về email: bvtptd.vttb@gmail.com

Người phụ trách: Đinh Văn Hoàng – Phòng Vật tư, thiết bị y tế

Số điện thoại: 0983 410 392

9. Yêu cầu khác

Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:



- Thư chào giá, Bảng báo giá của Công ty (có ký tên, đóng dấu, có thời gian và hiệu lực).

- Catalogue/tài liệu thể hiện hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật của sản phẩm chào giá và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

- Đăng ký kinh doanh (bản sao)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.VTTBYT (H.2b)

GIÁM ĐỐC
PHÒNG GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
THÀNH PHỐ
THỦ ĐỨC
BS. CKII. Hoàng Văn Dũng

PHỤ LỤC

Thuê, mượn máy tán sỏi laser

(Đính kèm Thư mời báo giá số 2080 /BV-VTTBYT ngày 02 tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện thành phố Thủ Đức)

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật
1	Máy tán sỏi laser 01 Hệ thống	Ca	600	- Tình trạng máy hoạt động tốt - Năm sản xuất từ 2024 - Nước sản xuất: Trung Quốc, Đức, Nhật Bản - Máy có kiểm định an toàn thiết bị theo quy định của Bộ Y tế. - Cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản: + Máy chính + Bàn đập + Bước sóng 2.1µm + Công suất 80-100 W + Nguồn điện: 110V/220V AC, 50-60Hz, 16A, Nguồn điện 1 pha. + Độ rộng xung mạch: Độ rộng xung mạch từ 100µs-800 µs + Tần số 5Hz - 40Hz, 1Hz-2hz + Hệ thống làm mát: Hệ thống tản nhiệt độc lập bằng nước và quạt gió, tuần hoàn khép kín, đảm bảo máy hoạt động liên tục không bị cảnh báo nhiệt độ. - Vật tư tiêu hao kèm theo máy: + Sợi truyền quang các cỡ từ 200µm, 365µm, 550µm và 1000µm đạt tiêu chuẩn SMA 905. - Đảm bảo thực hiện 600 ca bệnh

GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
THÀNH PHỐ
THỦ ĐỨC



BS. CKII. Hoàng Văn Dũng



