

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 51 /BV-VTTBYT
V/v mời chào giá thuê mượn máy chụp
X-Quang C-Arm

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thực hiện kế hoạch thuê, mượn máy chụp X-Quang C-Arm tại khoa Gây mê hồi sức. Bệnh viện kính mời các Đơn vị quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung mua sắm: Thuê, mượn máy chụp X-Quang C-Arm
2. Địa điểm thực hiện: 29 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Danh mục hàng hoá/dịch vụ: *theo Phụ lục đính kèm*
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng
5. Hiệu lực của Hồ sơ chào giá: tối thiểu 120 ngày.
6. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác theo quy định.
7. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến hết ngày 26/ 08/2025
8. Quy định về tiếp nhận thông tin và Hồ sơ chào giá.

Quý Công ty vui lòng gửi Hồ sơ chào giá:

- Qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp: Bản giấy có thể hiện rõ thời gian và hiệu lực của hồ sơ, ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (P.105), Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
- Địa chỉ: 14 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Qua mail: file mềm Bảng báo giá về email: bvtptd.vttb@gmail.com

Người phụ trách: Đinh Văn Hoàng, số điện thoại: 0983.410.392

9. Yêu cầu khác

Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá, Bảng báo giá của Công ty (có ký tên, đóng dấu, có thời gian và hiệu lực).
- Catalogue/tài liệu thể hiện hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật của sản phẩm chào giá và các tài liệu kỹ thuật có liên quan khác.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

Lưu: VT,P.VTTBYT (H,2b)



BS. CKII. Hoàng Văn Dũng

PHỤ LỤC

Thuê, mượn máy chụp X-Quang C-Arm

(Đính kèm Thư mời chào giá số SL /QĐ-BV ngày 18 tháng 8 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức)

STT	TÊN HỆ THỐNG	ĐVT	SỐ LƯỢNG	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
1	Máy chụp X-Quang C-Arm 01 Hệ thống	Tháng	06	+ Tình trạng máy hoạt động tốt + Máy có Kiểm định an toàn thiết bị và Kiểm định an toàn bức xạ theo tiêu chuẩn Bộ y tế + Hỗ trợ thực hiện được tất cả dịch vụ kỹ thuật khoa Ngoại tổng quát và Chấn thương chỉnh hình. + Máy chính đồng bộ + Hệ thống máy tương thích nguồn điện 220V/50Hz +- 10% + Cấu tạo gồm: - Bóng X – Quang - Máy phát: Cao tần - Bầu tăng sáng - CCD Camera - C-Arm - Khay đựng Cassette - Định vị lazer (Laser) - Bộ chuẩn trực - Trạm làm việc - Máy in ảnh - Thiết bị phụ trợ: Áo chì, Kính chì bảo vệ mắt, Vòng cổ chì che tuyến giáp. - Nguồn cấp: 220-240 V AC, 50-60 Hz - Bàn đạp chân

GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



BS. Nguyễn Hoàng Văn Dũng

