

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 74 /BV-VTTBYT
V/v mời chào giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thực hiện kế hoạch Bảo trì 3 Hệ thống máy CT gồm: CT Perspective S/N: 77574, CT Go.now S/N: 106439, CT Scope S/N: 121507 khoa Chẩn đoán hình ảnh. Bệnh viện kính mời các Đơn vị quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung: Bảo trì 3 Hệ thống máy CT gồm: CT Perspective S/N: 77574, CT Go.now S/N: 106439, CT Scope S/N: 121507 khoa Chẩn đoán hình ảnh;

2. Địa điểm thực hiện: 29 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Danh mục:

STT	Thiết bị	Nội dung bảo trì	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Hệ thống máy CT gồm: CT Perspective S/N: 77574, CT Go.now S/N: 106439, CT Scope S/N: 121507	1. Theo quy trình chuẩn của hãng Siemens bao gồm: a) Bảo trì 6 tháng 1 lần bao gồm: -Mở máy và tắt máy kiểm tra tổng thể -Kiểm tra bàn bệnh nhân: tháo vỏ và kiểm tra dây belt của motor trượt mặt bàn -Kiểm tra khoang máy: Vệ sinh slip ring -Kiểm tra độ mòn chổi than nguồn (565VDC) và kiểm tra độ mòn chổi than nguồn (230VAC) -Kiểm tra độ mòn chổi than tín hiệu và kiểm tra tấm lọc khí của MAS -Vệ sinh ICS và IRS, vệ sinh vỏ máy và hệ thống -Test chất lượng hình ảnh thực hiện test QA b) Bảo trì 12 tháng 1 lần bao gồm:	Gói	01	



STT	Thiết bị	Nội dung bảo trì	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		-Mở máy, nghiêng khoang máy tới giới hạn cuối -Tắt máy tháo vỏ bàn và kiểm tra các bộ phận chức năng: Gantry, bàn bệnh nhân, tủ điều khiển, cân bằng đối trọng, cáp nguồn và tín hiệu, bộ cân chuẩn máy, các phụ kiện khác -Đo dòng rò cho hệ thống bàn bao gồm mặt bàn tới GND và điện cực ECG -Kiểm tra các tem cảnh báo, nhãn mác -Tra mỡ cho trục mô tơ nâng hạ bàn bệnh nhân hay ray trượt mặt bàn -Kiểm tra dây belt của motor trượt mặt bàn và các đỉnh cố định bàn -Kiểm tra dây belt khoang máy và độ chùn dây belt -Kiểm tra phanh Gantry, kiểm tra chốt của vỏ máy trước và sau Gantry, kiểm tra quạt làm mát Gantry, kiểm tra quạt DMS -Vệ sinh lối thoát khí trên khoang máy, vệ sinh slip ring, vệ sinh bộ tản nhiệt bóng, vệ sinh vỏ máy và hệ thống -Đo trở kháng dây nối đất của khoang máy, bàn bệnh nhân và màn hình ICS -Mở máy kiểm tra các chức năng hoạt động hệ thống bao gồm: Emergency Stop, ngắt phát tia X, hiển thị tia X, công tắc cửa, cố định bệnh nhân, tủ điện. 2. Yêu cầu khác: -Sau khi kiểm tra bảo trì xong phải lập báo cáo khuyến cáo những			

STT	Thiết bị	Nội dung bảo trì	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		thiết bị cần thay thế trong 3-6 tháng tới -Tiến hành kiểm tra hệ thống trong vòng 24-48 tiếng sau khi nhận được thông báo lỗi hệ thống từ Bệnh viện -Kỹ sư thực hiện kiểm tra bảo trì hệ thống phải được hãng Siemens đào tạo và cấp chứng nhận.			

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng

5. Hiệu lực của Hồ sơ chào giá: Tối thiểu 120 ngày.

6. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác theo quy định.

7. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Đến trước 16 giờ ngày 29/8/2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

8. Quy định về tiếp nhận thông tin và Hồ sơ chào giá.

Quý Công ty vui lòng gửi Hồ sơ chào giá:

- Qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp: Bản giấy có thể hiện rõ thời gian và hiệu lực của hồ sơ, ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (P.105), Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

- Địa chỉ: 14 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Qua mail: file mềm Bảng báo giá về email: tbyt.bvtd@gmail.com

- Người phụ trách: Nguyễn Hữu Trọng

- Số điện thoại: 0902711769

9. Yêu cầu khác

Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá, Bảng báo giá của Công ty (có ký tên, đóng dấu, có thời gian và hiệu lực);

- Giấy phép kinh doanh (Bản sao);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế;

- Catalogue/tài liệu thể hiện hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật của sản phẩm chào giá và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, P.VTTBYT (Tr,02b)



