

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 536/BV-VTTBYT
V/v mời chào giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức thực hiện kế hoạch Mua sắm giường bệnh cho Toàn viện. Bệnh viện kính mời các Đơn vị quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

- Nội dung mua sắm: Mua sắm giường bệnh cho Toàn viện.
- Địa điểm thực hiện: 29 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Danh mục hàng hoá/dịch vụ:

STT	Thiết bị	Nội dung kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Giường bệnh cho Toàn viện	+ Giường 2 tay quay: 1. Qui cách ($\pm 5\%$) Tổng thể: dài 2160 x rộng 960mm Mặt giường: dài 2050 x rộng 880mm Chiều cao: 500mm 2. Chất liệu Mặt giường và khung giường làm bằng thép sơn tĩnh điện Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa cứng đúc nguyên khối Lan can làm bằng inox SUS 304, được phủ lớp sơn tĩnh điện không màu. 3. Chức năng Phương thức chuyển động: hai tay quay; được xếp gọn dưới đuôi giường. (1) Nâng hạ đầu từ: $0^{\circ} \sim 80^{\circ}$ (2) Nâng hạ chân từ: $0^{\circ} \sim 35^{\circ}$ Tấm chắn đầu/đuôi giường có thể tháo rời Mặt giường làm bằng thép tấm, có đục lỗ tròn giúp thoáng khí Lan can có thể gập lên/xuống được Tải trọng lan can khi sử dụng: 70kg Bánh xe kích thước: 125mm; có khóa ở 4 bánh xe Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch Tải trọng an toàn: 200kg	Cái	09	



STT	Thiết bị	Nội dung kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		4. Phụ kiện: Giá truyền dịch 2 móc: HK-016 Nệm giường HK-301 (1) Dài 2000 x Rộng 850 x Cao 100mm ($\pm 5\%$) (2) Vỏ nệm: Vải nilon, chống cháy, kháng khuẩn, chống thấm nước (3) Lớp trong: + Mặt trên là mút dạng gợn sóng, thoáng khí. + Mặt dưới là mút ép cứng, không xẹp. + Giường 3 tay quay: 1. Qui cách ($\pm 5\%$) Tổng thể: dài 2160 x rộng 960mm Mặt giường: dài 2050 x rộng 880mm Chiều cao: 370 – 720 mm 2. Chất liệu Mặt giường và khung giường làm bằng thép sơn tĩnh điện. Tấm chắn đầu/đuôi giường làm bằng nhựa cứng đúc nguyên khối. Lan can làm bằng inox SUS 304, được phủ lớp sơn tĩnh điện không màu. 3. Chức năng Phương thức chuyển động: ba tay quay; được xếp gọn dưới đuôi giường. (1) Nâng hạ đầu từ: $0^\circ \sim 80^\circ$ (2) Nâng hạ chân từ: $0^\circ \sim 35^\circ$ (3) Nâng hạ cao thấp từ: 370 ~ 720mm Tấm chắn đầu/đuôi giường có thể tháo rời. Mặt giường làm bằng thép tấm, có đục lỗ tròn giúp thoáng khí. Lan can có thể gập lên/xuống được. Tải trọng lan can khi sử dụng: 70kg Bánh xe kích thước: 125mm; có nắp bọc che bụi bẩn. Khóa 4 bánh xe bằng khóa trung tâm; đặt ở phía dưới đuôi giường. Có 4 móc treo nước thải ở 2 bên hông giường. Có 4 lỗ cắm móc truyền dịch. Tải trọng an toàn: 200kg 4. Phụ kiện: Giá truyền dịch 2 móc: HK-016			

STT	Thiết bị	Nội dung kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		Nệm giường HK-301 (1) Dài 2000 x Rộng 850 x Cao 100mm ($\pm 5\%$) (2) Vỏ nệm: Vải nilon, chống cháy, kháng khuẩn, chống thấm nước (3) Lớp trong: + Mặt trên là mút dạng gợn sóng, thoáng khí. + Mặt dưới là mút ép cứng, không xẹp.			

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng

5. Hiệu lực của Hồ sơ chào giá: tối thiểu 120 ngày.

6. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các chi phí khác theo quy định.

7. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: đến trước 16 giờ 30 phút ngày 02/10/2025.

8. Quy định về tiếp nhận thông tin và Hồ sơ chào giá.

Quý Công ty vui lòng gửi Hồ sơ chào giá:

- Qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp: Bản giấy có thể hiện rõ thời gian và hiệu lực của hồ sơ, ký tên, đóng dấu gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (P.105), Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức;

- Địa chỉ: 14 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm hành chính Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức);

- Qua mail: file mềm Bảng báo giá về email: tbyt.bvtd@gmail.com;

- Người phụ trách: Vũ Trường Khải, số điện thoại: 0902142084.

9. Yêu cầu khác

Hồ sơ chào giá bao gồm các tài liệu sau:

- Thư chào giá, Bảng báo giá của Công ty (có ký tên, đóng dấu, có thời gian và hiệu lực);

- Giấy phép kinh doanh (Bản sao);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế;

- Catalogue/tài liệu thể hiện hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật của sản phẩm chào giá và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, P.VTTBYT (K,02b)

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC
BS CK II Hoàng Văn Dũng

