

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 221/BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư, linh kiện thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông/Bà: **Đinh Văn Hoàng** Số điện thoại: 028 22444167/0983.410.392
- Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
 - Nhận bản mềm qua email: *tbyt.bvtd@gmail.com*
 - Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (P.105), Số 14 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày phát hành đến hết ngày 19/01/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 14/01/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư linh kiện thiết bị y tế mời chào giá: *Theo phụ lục mua sắm bóng đèn Xenon nguồn sáng nội soi đính kèm.*
- Địa điểm thực hiện: Số 29 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.
- Yêu cầu khác (nếu có):

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu Chủ đầu tư (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;
- + Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VTTBYT, (H, 2b).



BS. CKII Mai Hóa

PHỤ LỤC

Mua sắm bóng đèn Xenon nguồn sáng nội soi

(Đính kèm Công văn số 221/BV-VTTBYT ngày 14 tháng 01 năm 2026 của
Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức)

1. Phần/lô 1:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bóng đèn Xenon 175W	+ Hàng mới 100%, sản xuất từ 2025 trở về sau + Dùng cho nguồn sáng hệ thống nội soi Karl Storz + Tương thích với nguồn sáng nội soi của hãng Karl-Storz. + Công suất: 175W, ánh sáng trắng. + Thời gian bảo hành: 500 giờ sử dụng.	Cái	03
2	Bóng đèn Xenon 300W	+ Hàng mới 100%, sản xuất từ 2025 trở về sau + Dùng cho nguồn sáng hệ thống nội soi Karl Storz + Tương thích với nguồn sáng nội soi của hãng Karl-Storz. + Công suất: 300W, ánh sáng trắng. + Thời gian bảo hành: 500 giờ sử dụng.	Cái	02

2. Phần/lô 2:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bóng đèn Xenon 300W	+ Hàng mới 100%, sản xuất từ 2025 trở về sau + Dùng cho nguồn sáng hệ thống nội soi Olympus CLV-190; + Tương thích với nguồn sáng nội soi của hãng CLV-190 tại Bệnh viện; + Công suất: 300W + Thời gian bảo hành: 500 giờ sử dụng.	Cái	02

3. Phần/lô 3:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bóng đèn Xenon 300W	+ Hàng mới 100%, sản xuất từ 2025 trở về sau + Dùng cho nguồn sáng hệ thống nội soi Stryker, Model X8000 + Tương thích với nguồn sáng hệ thống phẫu thuật nội soi Stryker tại Bệnh viện + Công suất: 300W + Thời gian bảo hành: 500 giờ sử dụng.	Cái	02

GIÁM ĐỐC
PHÒNG QUẢN ĐỐC
BỆNH VIỆN
ĐA KHOA
THỦ ĐỨC
BS. CKII Mai Hóa