

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 281/BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo trì, thay thế linh kiện thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông/Bà: **Đinh Văn Hoàng** Số điện thoại: 028 22444167/0983.410.392
- Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
 - Nhận bản mềm qua email: *bvtd@gmail.com*
 - Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (P.105), Số 14 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày phát hành đến hết ngày 22/01/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 16/01/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ bảo trì, thay thế linh kiện thiết bị y tế mời chào giá, chi tiết cụ thể như sau : *Theo phụ lục Bảo trì, thay thế linh kiện cửa trượt tự động phòng mổ đính kèm.*
- Địa điểm thực hiện: Số 29 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh
- Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.
- Yêu cầu khác (nếu có):

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu Chủ đầu tư (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;
- + Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VTTBYT, (H, 2b).

GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC
BS. CKII Mai Hóa

PHỤ LỤC

Bảo trì, thay thế linh kiện cửa trượt tự động phòng mổ

(Đính kèm Công văn số 281/BV-VTTBYT ngày 19 tháng 01 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức)

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
1	Bảo trì, thay thế linh kiện cửa trượt tự động phòng mổ Bảo trì, thay thế linh kiện cửa trượt tự động phòng mổ bao gồm 2 hạng mục: A. Bảo trì, bảo dưỡng 7 bộ cửa trượt tự động: - Tần suất bảo trì: 06 lần/2 năm (4 tháng/ một lần) - Thời gian thực hiện 1 lần bảo trì: 1-2 ngày cho 7 bộ cửa. Chi tiết công việc: 1. Bảo dưỡng hệ thống Cơ khí & Độ kín khí: - Vệ sinh toàn bộ hệ thống ray trượt bằng dung dịch chuyên dụng không ăn mòn. - Kiểm tra, cân chỉnh độ cân bằng của cánh cửa và hệ thống con lăn treo. - Kiểm tra độ căng và độ mòn của dây curoa truyền động. - Tra dầu mỡ chuyên dụng cho các bộ phận truyền động (nếu cần). 2. Bảo trì hệ thống Điện điều khiển & Cảm biến: - Vệ sinh và đo kiểm các mắt thần cảm biến (Motion Sensors) đảm bảo độ nhạy. - Kiểm tra hệ thống cảm biến an toàn (Safety Beam) chống kẹp người và thiết bị. - Kiểm tra, đo đặc thông số bộ điều khiển trung tâm (Microprocessor Controller). 3. Kiểm tra an toàn khẩn cấp & Vận hành: - Kiểm tra và thử nghiệm nút nhấn khẩn cấp (Emergency Stop). 4. Báo cáo & Nghiệm thu:	Gói	01	Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng



	- Vệ sinh công nghiệp khu vực thi công sau khi hoàn tất. - Cung cấp biên bản kiểm tra chi tiết tình trạng từng bộ phận.			
	5. Cam kết: - Tiêu chuẩn: Đảm bảo cửa hoạt động đúng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất. - Thời gian: Đáp ứng xử lý sự cố trong vòng 24h sau khi nhận thông báo.			
	B. Thay thế linh kiện: 1. Thay thế ron cửa cho 7 bộ cửa: - Thời gian thực hiện: 02 lần/2 năm (12 tháng một lần) - Cung cấp, thay thế ron cửa 7 bộ cửa trượt tự động cho phòng mổ. 2. Thay thế dây Curoa cho 7 bộ cửa: - Thời gian thực hiện: 02 lần/2 năm (12 tháng một lần) - Cung cấp, thay thế dây curoa 7 bộ cửa trượt tự động cho phòng mổ. 3. Bộ phận dẫn hướng cửa tự động: - Thay bộ phận dẫn hướng cửa phòng mổ số 10, số lượng: 1 bộ.			



BS. CKII Mai Hóa