

Số: 541 /BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Bà Trần Thị Huyền Trân Số điện thoại: 028 22444167
- Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
- Nhận bản mềm qua email: phongvattutbyt2025@gmail.com
- Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (Phòng 105), Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức - Số 14 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày 09 tháng 02 năm 2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 11 tháng 02 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế mời chào giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Xi-măng (cement) sinh học (dùng trong tạo hình thân đốt sống, tạo hình vòm sọ, khớp) các loại, các cỡ	- Loại xi măng có độ nhớt thấp - Bao gồm: xi măng dạng bột và dung dịch pha - Có chứa chất cản quang - Đóng gói tiệt trùng sẵn chính hãng - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE (Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Hộp/Gói	20
2	Vít cột sống đa trục rộng nòng có lỗ bơm xi măng kèm ốc nòng (canulla) khoa trong và bộ dụng cụ đưa xi măng sinh	- Chất liệu vít: hợp kim titanium - Đi kèm ốc khóa trong cùng loại và bộ dụng cụ đưa xi măng sinh học và vít đa trục rộng nòng (canulla) - Trên thân vít có lỗ bơm xi măng - Đường kính trong khoảng 5-7mm, chiều dài trong khoảng 35-60mm	Cái	10

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
	học vào vít đa trục rỗng nông	- Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE (Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)		
3	Nẹp dọc cột sống thắt lưng tương thích với vít đa trục Long arm đuôi siêu dài khóa đôi can thiệp tối thiểu qua da	- Vật liệu: Titanium/ hợp kim titanium - Kích thước: đường kính 5.5mm, chiều dài các cỡ - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE (Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	08
4	Kim chọc dò đốt sống dùng để bơm xi măng vào thân đốt sống	- Kim chọc dò đốt sống với đầu kim loại chống sốc các cỡ - Mũi kim vát hoặc mũi kim cương, loại có khóa ở tay cầm. - Kim chọc dò gồm tối thiểu các loại 9G, 11G, 13G và 15G - Có đường đánh dấu laser trên thân cho phép kiểm soát độ sâu. - Có đầu nối Luer Lock. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc CE (Châu Âu) hoặc FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái/Cây	52

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức - Số 29 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Bệnh viện.

4. Yêu cầu khác (nếu có):

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;
- + Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VTTBYT, (HT, 2b).

