

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 774/BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Bảo trì thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông/Bà: **Đinh Văn Hoàng** Số điện thoại: 028 22444167/0983.410.392
- Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
 - Nhận bản mềm qua email: tbyt.bvtd@gmail.com
 - Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (P.105), Số 14 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày phát hành đến hết ngày 09/03/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 09/03/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục dịch vụ Bảo trì máy chạy thận nhân tạo Fresenius mời chào giá, chi tiết cụ thể như sau :

STT	DỊCH VỤ	NỘI DUNG THỰC HIỆN	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG
1	Bảo trì máy chạy thận nhân tạo Fresenius	Bảo trì 20 Máy lọc máu Model 4008S. Bảo trì 01 Máy lọc máu Model 5008S. Hãng sản xuất: Fresenius ; Nước sản xuất: Đức Nội dung kiểm tra, bảo trì định kỳ: - Số lần thực hiện : 2 lần/ 1 năm. - Kiểm tra, làm sạch và căn chỉnh bộ đo độ dẫn điện của dịch lọc - Làm sạch bộ lọc nước đầu vào - Căn chỉnh áp lực cấp nước đầu vào - Căn chỉnh áp lực đuổi khí - Căn chỉnh áp lực âm (-) của máy và áp lực dương (+) của máy - Kiểm tra, căn chỉnh áp lực và làm sạch của van công tắc áp lực PS - Làm sạch và Kiểm tra hoạt động của các van điện từ trong máy	Gói	01

		- Chuẩn lại hoạt động của bộ cảm biến áp lực động mạch - Chuẩn lại hoạt động của bộ cảm biến áp lực tĩnh mạch - Làm sạch, căn chỉnh hoạt động của bộ phát hiện rò rỉ máu - Làm sạch, kiểm tra hoạt động của bộ phát hiện bọt khí - Làm sạch, kiểm tra hoạt động của bộ phận còi và đèn báo - Làm sạch, căn chỉnh và kiểm tra hoạt động của bơm máy - Căn chỉnh và kiểm tra hoạt động của Kẹp đường tĩnh mạch - Kiểm tra, căn chỉnh chu trình trộn dịch và siêu lọc của máy - Làm sạch tổng thể máy bằng hóa chất - Chạy test thử máy ở các chế độ hoạt động. - Tổng hợp và khuyến cáo các linh kiện nên thay thế Yêu cầu khác : + Giấy ủy quyền hãng + Việc bảo trì được Kỹ sư hãng hoặc Kỹ sư được đào tạo từ hãng thực hiện		
--	--	---	--	--

2. Địa điểm thực hiện: Số 29 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

3. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.

4. Yêu cầu khác (nếu có):

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu Chủ đầu tư (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;
- + Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VTTBYT,(H, 2b).

