

Số: 1095 /BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp vật tư y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông Nguyễn Minh Chuẩn Số điện thoại: 028 22444167
- Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
- Nhận bản mềm qua email: phongvattutbyt2025@gmail.com
- Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (Phòng 105), Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức - Số 14 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày 24 tháng 03 năm 2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 30 tháng 03 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế mời chào giá:

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Vật liệu cấy ghép dùng trong phẫu thuật vùng mũi	Vật liệu cấy ghép mũi cấu tạo bằng silicon - Chất liệu: silicon dẻo - Kích thước: + 50.5x9.5x5mm + 53x9.5x5mm + 49x9.5x3.3mm - Khử trùng bằng EO và đóng trong túi vô trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng : FDA - Quy cách: 1Cái/hộp	Cái	18
2	Vật liệu dùng trong cấy ghép nâng mũi	Vật liệu cấy ghép sinh học với cấu trúc lỗ xốp bên trong cho phép mô xuyên qua, cho việc tái tạo mô làm sụn vách ngăn và dựng trụ mũi trong thẩm mỹ.. Chất liệu: Polycaprolactone (PCL). Sản phẩm đã được tiệt trùng và đóng trong túi vô trùng Tiêu chuẩn chất lượng : CE Kích thước: 39mm x 10mm x 1.25mm	Cái	6

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
3	Vật liệu dùng trong cấy ghép vùng mặt	Vật liệu dùng làm chất độn trong quá trình phẫu thuật độn cằm. - Chất liệu: silicon - Kích thước (Dài x Rộng x Dày): 43x15x7mm - Khử trùng bằng EO và đóng gói trong túi vô trùng. - Tiêu chuẩn chất lượng: FDA	Cái	5

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức - Số 29 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Bệnh viện.

4. Yêu cầu khác (nếu có):

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;

+ Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Các nhà thầu;

- Lưu: VT, P.VTTBYT, (C, 2b). *h*

KT. GIÁM ĐỐC *son*
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC
Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BS. CKII Mai Hóa