

Số: 2668 /BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ bảo trì thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông/Bà: **Đinh Văn Hoàng** Số điện thoại: 0983.410.392
- Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
- Nhận bản mềm qua email: tbyt.bvtd@gmail.com
- Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (P.105), Số 14 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày phát hành đến hết ngày 25/06/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên có thể không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 25/06/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục Dịch vụ bảo trì thiết bị y tế mời chào giá:

STT	Dịch vụ	Nội dung thực hiện	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Bảo trì máy chạy thận Braun Model: Dialog+ Hãng sx: B.Braun Nước sx: Đức	Kiểm tra tổng quan hệ thống: <ul style="list-style-type: none">Kiểm tra trực quan các khớp nối nước và jack cắm điện.Kiểm tra màn hình hiển thị, cảm ứng và các phím điều khiểnKiểm tra hệ thống thủy lực bằng chế độ self test (bao gồm các bơm piston, bơm bánh răng, van, buồng cân bằng, buồng hòa dịch, rò rỉ).Kiểm tra hệ thống điện bằng chế độ self test (bao gồm nguồn cấp điện, các cảm biến áp lực, nhiệt độ, độ dẫn điện, bất khí	Máy	04

		<p>SAD, blood detector).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vận hành thử và kiểm tra các thông số máy. - Kiểm tra tình trạng pin dự phòng. - Ghi nhận tình trạng máy và báo cho End-User <p>Kiểm tra các thông số:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiệt độ. - Độ dẫn điện. - Áp lực tĩnh mạch PV - Áp lực động mạch PA - Áp lực dịch PDA <p>Vệ sinh máy</p> <p>Số lần bảo trì: 2 lần/ 12 tháng</p> <p>Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành kiểm tra hệ thống máy trong vòng 24- 48 tiếng sau khi nhận được thông báo lỗi hệ thống từ bệnh viện. - Kỹ sư thực hiện kiểm tra bảo trì hệ thống phải được Hãng B.Braun đào tạo và cấp chứng nhận 		
--	--	--	--	--

2. Địa điểm thực hiện: Số 29 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

3. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.

4. Yêu cầu khác (nếu có):

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu Chủ đầu tư (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;
- + Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VTTBYT,(H, 2b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bs. CKII. Hoàng Văn Dũng