

Số: 2982 /BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông: **Vũ Trường Khải**
 - Số điện thoại: **0902.142.084**
 - Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
 - Nhận bản mềm qua email: tbyt.bvtd@gmail.com.
 - Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: 14 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm hành chính – Đào tạo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức).
 - Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Đến trước 11 giờ 30 phút ngày 18/7/2026
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên có thể sẽ không được xem xét.*
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 18/7/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục mời chào giá:

STT	Tên Thiết bị	Nội dung bảo trì	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
01	Hệ thống MRI 3.0 Magnetom Spectra SN:172019	1.Các nội dung cần kiểm tra theo đợt bao gồm: -Kiểm tra an toàn (bao gồm an toàn điện và an toàn cơ khí toàn bộ hệ thống) -Kiểm tra tổng quát (toàn bộ hệ thống và các phụ kiện kèm theo) -Kiểm tra điện (đo điện trở nối đất của toàn bộ hệ thống) -Kiểm tra chức năng máy bao gồm: công tắc tắt nguồn khẩn cấp EPO, bàn bệnh nhân, các nút bấm xả từ khẩn cấp ERDU, chất lượng hình	Gói	01	

STT	Tên Thiết bị	Nội dung bảo trì	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		ảnh và các thiết bị khác. -Kiểm tra hệ thống làm mát, vaccum pump, coo, Chiller, hệ thống khối từ, máy tính MRC, MRSC, màn hình TFT, phần mềm, bàn bệnh nhân, cửa phòng RF. 2. Thời điểm kiểm tra theo chu kỳ, đột xuất: -Chu kỳ bảo trì: 01 năm (06 tháng/1 lần), sau khi kiểm tra bảo trì xong phải lập báo cáo khuyến cáo những thiết bị cần thay thế trong 3-6 tháng tới. -Đột xuất: Tiến hành kiểm tra hệ thống trong vòng 24 tiếng sau khi nhận được thông báo lỗi hệ thống từ bệnh viện.			

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức – Số 29 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.

4. Yêu cầu khác (nếu có):

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu Chủ đầu tư (có ký tên, đóng dấu);

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

+ Kỹ sư thực hiện kiểm tra bảo trì hệ thống phải được Hãng Siemens đào tạo và cấp chứng nhận;

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;

+ Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, P.VTTBYT (K,2b)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BS. CKII. Hoàng Văn Dũng