

Số: 2867/BV-VTTBYT  
V/v yêu cầu báo giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp Dịch vụ bảo trì thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  
- Ông/Bà: **Đinh Văn Hoàng** Số điện thoại: 0983.410.392
- Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).  
- Nhận bản mềm qua email: [tbyt.bvtd@gmail.com](mailto:tbyt.bvtd@gmail.com)  
- Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (P.105), Số 14 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày phát hành đến hết ngày 12/7/2026.

*Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên có thể không được xem xét.*

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 12/7/2026.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Danh mục Dịch vụ bảo trì thiết bị y tế mời chào giá:

| STT | Dịch vụ  | Nội dung thực hiện  | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
|-----|--|---|-----|----------|
| 1   | Bảo trì máy chạy thận Nipro Model: Surdial Xuất xứ: Nipro-Nhật Bản | <b>Vệ sinh tổng thể máy:</b><br>- Vệ sinh bên ngoài của thân máy<br>- Vệ sinh các cổng rửa, cây hút dịch và Coupler<br>- Vệ sinh đường ống hệ thống thủy lực bị bám cặn (bicard, chất thải bệnh nhân...)<br><b>Kiểm tra phần điện:</b><br>- Các van điện từ và cảm biến<br>- Các bơm dịch lọc, bơm rút ký<br><b>Kiểm tra cân chỉnh hệ thống thủy lực:</b><br>- Áp lực nước đầu vào<br>- Áp lực bơm P1 | Máy | 04       |

|   |  |   |     |    |
|---|--|---|-----|----|
|   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Áp lực trước PS</li> <li>- Áp lực bơm P2</li> <li>- Lưu lượng dịch lọc</li> </ul> <p><b>Kiểm tra hoạt động của máy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các thông số cài đặt</li> <li>- Chu kỳ hoà dịch</li> <li>- Chu kỳ siêu lọc</li> <li>- Lấy mẫu dịch lọc xét nghiệm ion đồ</li> </ul> <p><b>Kiểm tra hóa chất rửa máy để đảm bảo máy luôn được tẩy trùng sạch sẽ.</b></p> <p><b>Yêu cầu khác:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chu kì bảo trì: 3 tháng/ lần, sau khi kiểm tra bảo trì xong phải lập báo cáo những thiết bị thay thế trong 3-6 tháng tới.</li> <li>- Tiến hành kiểm tra hệ thống trong vòng 24-48 tiếng sau khi nhận được thông báo lỗi hệ thống từ bệnh viện.</li> </ul> <p>Kỹ sư thực hiện kiểm tra bảo trì hệ thống phải được Hãng Nipro đào tạo và cấp chứng nhận.</p> |     |    |
| 2 | <p>Bảo trì máy chạy thận<br/>Nipro<br/>Model:<br/>Diamax<br/>Xuất xứ:<br/>Nipro-Nhật Bản</p> | <p><b>Vệ sinh tổng thể máy:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bên ngoài của thân máy</li> <li>- Vệ sinh các cổng rửa, cây hút dịch và Coupler</li> <li>- Vệ sinh đường ống hệ thống thuỷ lực bị bám cặn (bicard, chất thải bệnh nhân...)</li> </ul> <p><b>Kiểm tra phần điện:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các van điện từ và cảm biến</li> <li>- Các bơm dịch lọc, bơm rút ký</li> </ul> <p><b>Kiểm tra cân chỉnh hệ thống thuỷ lực:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Áp lực nước đầu vào</li> <li>- Áp lực bơm P1</li> <li>- Áp lực trước PS</li> <li>- Áp lực bơm P2</li> <li>- Lưu lượng dịch lọc</li> </ul> <p><b>Kiểm tra hoạt động của máy:</b></p>   | Máy | 04 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các thông số cài đặt</li> <li>- Chu kỳ hoà dịch</li> <li>- Chu kỳ siêu lọc</li> <li>- Lấy mẫu dịch lọc xét nghiệm ion đồ</li> </ul> <p><b>Kiểm tra hóa chất rửa máy để đảm bảo máy luôn được tẩy trùng sạch sẽ.</b></p> <p><b>Yêu cầu khác:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chu kì bảo trì: 3 tháng/ lần, sau khi kiểm tra bảo trì xong phải lập báo cáo những thiết bị thay thế trong 3-6 tháng tới.</li> <li>- Tiến hành kiểm tra hệ thống trong vòng 24-48 tiếng sau khi nhận được thông báo lỗi hệ thống từ bệnh viện.</li> </ul> <p>Kỹ sư thực hiện kiểm tra bảo trì hệ thống phải được Hãng Nipro đào tạo và cấp chứng nhận.</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

2. Địa điểm thực hiện: Số 29 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

3. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.

4. Yêu cầu khác (nếu có):

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu Chủ đầu tư (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;
- + Các thông tin khác (nếu có).

**Nơi nhận:**

- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VTTBYT,(H, 2b).

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**BS. CKII. Hoàng Văn Dũng**