

Số: 2766 /BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông: **Vũ Trường Khải**
 - Số điện thoại: **0902142084**
 - Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
 - Nhận bản mềm qua email: tbyt.bvtd@gmail.com.
 - Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: 14 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm hành chính – Đào tạo Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức).
 - Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Đến trước 11 giờ 30 phút ngày **07/7/2026**
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày **07/7/2026**.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục mời chào giá:

STT	Tên Hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Xe dụng cụ cấp cứu	1/Yêu cầu chung <ul style="list-style-type: none">Xe dụng cụ cấp cứu mới 100%.Sản xuất theo tiêu chuẩn đối với trang thiết bị y tế.Có khả năng sử dụng tại khoa Cấp cứu, ICU, Phòng mổ, Hồi sức và các khoa lâm sàng.Đề vệ sinh, chống ăn mòn bởi các hóa chất sát khuẩn thông dụng 2/Kết cấu <ul style="list-style-type: none">Dạng xe đẩy di động.Khung xe chắc chắn.Thân xe bằng: Nhựa ABS chất lượng cao hoặc Kim loại sơn tĩnh điện hoặc Vật liệu có tính năng tương đương.Bề mặt chống trầy xước, dễ lau chùi, khử khuẩn	Cái	01	Khoa Chẩn đoán hình ảnh

STT	Tên Hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		<p>3/Kích thước -Kích thước tổng thể: -Chiều dài: khoảng 700–900 mm -Chiều rộng: khoảng 450–600 mm -Chiều cao: khoảng 850–1100 mm</p> <p>4/Mặt bàn -Có mặt bàn thao tác phía trên. -Có gờ chống rơi dụng cụ. -Bề mặt phẳng. -Chịu tải phù hợp cho thao tác cấp cứu.</p> <p>5/Hệ thống ngăn kéo -Có tối thiểu: 05 ngăn kéo -Có ray trượt. -Đóng mở nhẹ. -Có cơ cấu chống tuột ngăn kéo. -Có thể bố trí vách ngăn chia ô.</p> <p>6/Hệ thống khóa -Có khóa trung tâm. -Khóa toàn bộ các ngăn kéo. -Có chìa khóa hoặc hệ thống khóa tương đương.</p> <p>7/Bánh xe: 04 bánh xe xoay - Đường kính: ≥ 100 mm. -Trong đó: Ít nhất 02 bánh có khóa hãm, di chuyển nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn lớn.</p> <p>8/Tay đẩy -Có tay đẩy -Bố trí thuận tiện cho người sử dụng</p> <p>9/Phụ kiện bao gồm tối thiểu -Cọc truyền dịch: 01 cái có điều chỉnh chiều cao; -Giá đỡ bình oxy: 01 cái, phù hợp bình oxy y tế cỡ thông dụng. -Bảng ép tim (CPR Board): 01 cái, có thể tháo lắp nhanh. -Khay để máy sốc tim/monitor: 01 khay, chịu tải phù hợp, kích thước phù hợp các máy sốc tim phổ biến. -Thùng đựng vật sắc nhọn: 01 cái, có thể tháo rời. -Thùng rác: 01 cái, có nắp hoặc không nắp. -Khay phụ: Ít nhất 01 khay, có thể xoay hoặc trượt (nếu có).</p> <p>10/Khả năng chịu tải -Toàn bộ xe chịu tải tối thiểu 80 kg hoặc tương đương, mỗi ngăn kéo chịu tải tối thiểu</p>			

STT	Tên Hàng hóa	Tính năng kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		10 kg.			

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức – Số 29 Phú Châu, Phường Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.

4. Yêu cầu khác (nếu có):

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu Chủ đầu tư (có ký tên, đóng dấu);

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;

+ Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P.VTTBYT (K,02b)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bs. CKII. Hoàng Văn Dũng