

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

Số: 4047/BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá Máy cắt và hàn túi tự
động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp Máy cắt và hàn túi tự động phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Ông/Bà: **Đặng Quốc Hùng** Số điện thoại: 0962884199
- Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).
- Nhận bản mềm qua email: tbyt.bvtd@gmail.com
- Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (P.105), Số 14 Phú Châu, P. Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh./
- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày phát hành đến hết ngày 07/10/2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên có thể sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 07/10/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục chi tiết cụ thể như sau:

STT	TÊN THIẾT BỊ	ĐƠN VỊ TÍNH	SỐ LƯỢNG	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
1	Máy cắt và hàn túi tự động	Máy	01	* Tính năng: - Cho năng suất ≥ 12 chu trình/ phút tùy thuộc vào thời gian niêm phong được điều chỉnh ≥ 2500 cái/giờ - Ép được túi ép dẹp và túi ép phồng từ giấy/nhựa hoặc tyvek/nhựa được sử dụng với nhiều kích thước khác nhau. - Vỏ máy bằng thép không gỉ hoặc vật liệu dễ làm sạch. - Có chức năng cắt túi tự động và ép miệng túi trong một thao tác. - Cho phép điều chỉnh nhiệt độ ép phù hợp từng loại

				túi, có chế độ bảo vệ khi quá nhiệt. - Điều chỉnh được thời gian ép, tốc độ cuộn túi, chiều dài cắt. - Có chế độ đếm số lượng túi đã cắt hàn. * Thông số kỹ thuật: - Độ rộng của mối hàn $\geq 6-12$ mm - Chiều rộng của đường hàn và độ dài đường cắt, cuộn: > 410 mm - Kết nối nguồn điện 100-240V, 50/60 Hz - Công suất: 200w - Có gờ đỡ cuộn túi ép - Có bộ điều khiển vi xử lý và màn hình hiển thị thông số, nhiệt độ thực tế khi vận hành, dễ quan sát và điều chỉnh. - Giao diện qua USB A/B, RS 232, kết nối Ethernet. - Nhà thầu cam kết: Đường ép chắc chắn, không bong tróc sau khi tiệt khuẩn. Đảm bảo không rò rỉ, không biến dạng sau khi tiệt khuẩn hơi nước và plasma. Lưỡi dao sắc bén, thay thế dễ dàng, cho đường cắt gọn, không rách mép. Thiết kế đảm bảo an toàn cho người sử dụng, có cảm biến nhiệt và cảnh báo lỗi. Đảm bảo tiêu chuẩn an toàn điện, vận hành êm, không rung. Hỗ trợ cung cấp test mực để kiểm tra mối hàn cho túi giấy và túi Tyvek. Công ty đảm bảo cung cấp phụ tùng gốc thay thế ít nhất 8 năm. Công ty đảm bảo giải quyết sự cố về máy móc trong vòng 48 giờ. - Công ty bảo hành máy móc ít nhất 12 tháng. - Tiêu chuẩn chất lượng ISO 11607-2 hoặc FDA (Cục quản lý thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) hoặc Tiêu chuẩn CE (Châu Âu)
--	--	--	--	---

2. Địa điểm thực hiện: Số 29 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

3. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.

4. Yêu cầu khác (nếu có):

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu Chủ đầu tư (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;
- + Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:

- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VTTBYT,(Hg, 2b).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bs. CKII. Hoàng Văn Dũng