SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

Số: 5228 /BV-VTTBYT
V/v yêu cầu báo giá Oxy y tế tháng 12 năm 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cung cấp Oxy y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Ông/Bà: **Đặng Quốc Hùng** Số điện thoại: 0962884199

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: gửi đồng thời bản mềm và bản cứng (bản giấy).

- Nhận bản mềm qua email : *tbyt.bvtd@gmail.com*

- Nhận trực tiếp bản giấy tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế (P.105), Số 14 Phú Châu, P. Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Từ ngày phát hành đến hết ngày 07/12/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên có thể sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 07/12/2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chi tiết cụ thể như sau:

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, Số 29 Phú Châu, P. Tam Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

STT	TÊN HÀNG HÓA	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
1	Oxy khí loại lớn 6m^3/ bình	- Hàm lượng khí Oxy theo thể tích: ≥ 99.5% - Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương - Loại bình có thể tích: ≥ 40 lít - Áp suất làm việc của bình chứa (áp suất nạp): ≥ 150 kg/cm2	Bình/ Chai	20
2	Oxy khí loại nhỏ 2m3/ bình	- Hàm lượng khí Oxy theo thể tích: ≥ 99.5% - Tiêu chuẩn chất lượng khí oxy: Bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc bảng công bố hợp chuẩn - Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001 hoặc tương đương	Bình/ Chai	450

STT	TÊN HÀNG HÓA	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	ĐVT	SỐ LƯỢNG
		- Loại bình có thể tích: ≥ 13.3 lít - Áp suất làm việc của bình chứa (áp suất nạp): ≥ 150 kg/cm2		
3	Oxy lỏng	- Hàm lượng khí Oxy theo thể tích: ≥ 99.5% - Tiêu chuẩn chất lượng khí Oxy: Bảng công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc bảng công bố hợp chuẩn	Kg	45.000

2. Địa điểm thực hiện: Số 29 Phú Châu, P. Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh

3. Yêu cầu về chào giá: Giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của Chủ đầu tư.

4. Yêu cầu khác (nếu có):

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

+ Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu theo mẫu Chủ đầu tư (có ký tên, đóng dấu);

+ Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;

+ Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác;

+ Các thông tin khác (nếu có).

Nơi nhận:
- Các nhà thầu;
- Lưu: VT, P.VTTBYT,(Hg, 2b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA THỦ ĐỨC

Bs. CKII. Hoàng Văn Dũng

Ký bởi: Hoàng Văn Dũng
Ngày ký: 20/11/2026 16:49:46
Tổ chức xác thực: VNPT Certification Authority